MEDAX
medical devices

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Зарядите биопсийную иглу, отведя поршень назад (первый щелчок устанавливает длину камеры для биоптата на 15 мм, второй щелчок - на 22 мм).
При полностью отведенном стилете (камера для биоптата полностью покрыта канюлей), медленно введите иглу как можно ближе к области биопсии. Соблюдайте осторожность: не нажимайте поршень, пока игла не окажется в нужном положении.
Медленно перемещайте поршень пальцем до первой остановки для продвижения стилета и освобождения камеры для биоптата. Соблюдайте осторожность: не переместите при данном действии поршень далее первой остановки. Переместите иглу вперед и назад на несколько миллиметров, чтобы заполнить камеру для биоптата. Полностью опустите пальцем поршень, автоматически закрывая канюлю и захватывая образец ткани в камере.
Извлеките иглу. Отведите поршень для перезарядки иглы.
Нажмите на поршень, перемещая его к первой метке, чтоб освободить камеру для биоптата.
Будьте осторожны: не переместите при данном действии поршень за первую метку.
Извлеките биоптат из камеры.
По окончанию процедуры утилизируйте все изделия и аксессуары, принимая необходимые меры предосторожности касательно потенциально зараженных материалов.
После использования изделия утилизируйте его вместе с прочими медицинскими отходами согласно действующим правилам.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Данное изделие предназначено для использования только квалифицированным медицинским персоналом. MEDAX не несет никакой ответственности за причиненный пациенту ущерб, если изделие применялось не по назначению, использовалось неквалифицированным персоналом или не соблюдалась инструкция по применению.
Описанная выше процедура эксплуатации предназначена для обязательного исполнения: к использованию данного изделия должны допускаться только опытные медицинские профессионалы.
Перед использованием убедитесь, что мандрен свободно и плавно входит в канюлю; движение вперед должно открывать камеру, а движение в обратном направлении должно закрывать ее полностью без трения. В противном случае не следует использовать иглу.
Данное апирогенное, стерильное изделие однократного применения ни в коем случае не должно использоваться повторно, подвергаться стерилизации или ремонту.
Повторное использование одноразовых игл (предназначенных для одноразового применения для одного пациента) может привести к инфицированию пациента и/или пользователя перекрестной инфекцией.
Проверяйте целостность упаковки и срок годности продукции перед использованием.
Изделие не подлежит эксплуатации, если упаковка распечатана, повреждена или увлажнена.
Хранить в прохладном и сухом месте, вдали от источников света и тепла.

Поставщик: ООО «МедКом»
ОГРН: 1057746862249
Склад: г. Москва, Харьковский пр-д. д. 2 оф. 156
тел. +7(495)142-95-55

https://medax.su