MEDAX
medical devices

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Зарядите иглу для биопсии, отведя поршень назад до ощущения сильного щелчка.
При полностью отведенном стилете (камера для биоптата полностью покрыта канюлей), медленно введите иглу как можно ближе к области биопсии. Соблюдайте осторожность: не нажимайте поршень, пока игла не окажется в нужном положении.
Медленно перемещайте поршень пальцем до первой остановки для продвижения стилета и освобождения камеры для биоптата. Соблюдайте осторожность: не переместите при данном действии поршень далее первой остановки. Перемещайте иглу вперед и назад на несколько миллиметров, чтобы заполнить камеру для биоптата. Полностью опустите пальцем поршень, автоматически закрывая канюлю и захватывая образец ткани в камере.
Извлеките иглу. Отведите поршень для перезарядки иглы.
Нажимайте на поршень до первой остановки, чтобы освободить камеру для биоптата.
Соблюдайте осторожность: не переместите при данном действии поршень далее первой остановки.
Извлеките биоптат из камеры.
По окончанию процедуры утилизируйте все устройства изделия и аксессуары, принимая необходимые меры предосторожности касательно потенциально зараженных материалов.
После использования изделия утилизируйте его вместе с прочими медицинскими отходами согласно действующим правилам.

ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как образец оказался в камере, существует возможность отсоединить канюлю от устройства, крепко удерживая ее за конус “Луер-Лок” и открутив пластиковые муфты.

Далее возможны следующие действия:
- подсоединить шприц для аспирации к конусу Луера,
- снова подсоединить к конусу “Луер-Лок” пластиковую ручку и стилет, уделяя внимание прочности крепления после удаления биопсийного образца и установки устройства: это позволяет выполнять несколько заборов биоптата с помощью одной пункции. Цветные точки помогают правильно соединить данные элементы.
- закрыть конус “Луер-Лок” поставляющимся в наборе колпачком.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Данное изделие предназначено для использования только квалифицированным медицинским персоналом. MEDAX не несет никакой ответственности за причиненный пациенту ущерб, если изделие применялось не по назначению, использовалось неквалифицированным персоналом или не соблюдалась инструкция по применению.
Описанная выше процедура эксплуатации предназначена только для обязательного исполнения: к использованию изделия должны допускаться только опытные медицинские профессионалы.
Перед использованием убедитесь, что мандрен свободно и плавно входит в канюлю; движение вперед должно открывать камеру, а движение в обратном направлении должно покрывать ее полностью без трения. В противном случае не следует использовать иглу.
Данное апирогенное, стерильное изделие однократного применения ни в коем случае не должно использоваться повторно, подвергаться стерилизации или ремонту.
Повторное использование одноразовых изделий (предназначенных для одноразового применения к одному пациенту) может привести к инфицированию пациента и/или пользователя перекрестной инфекцией.
Проверяйте целостность упаковки и срок годности продукции перед использованием.
Изделие не подлежит эксплуатации, если упаковка распечатана, повреждена или увлажнена.
Хранить в прохладном и сухом месте, избегайте воздействия на изделие светового излучения и высоких температур.

Поставщик: ООО «МедКом»
ОГРН: 1057746862249
Склад: г. Москва, Харьковский пр-д. д. 2 оф. 156
тел. +7(495)142-95-55

https://medax.su